



AKTYWNE MYCIE SKUTECZNA DEZYNFEKCJA

Sekusept™ aktiv

ROZWIĄZANIE NA BAZIE KWASU NADOCTOWEGO ŁĄCZĄCE AKTYWNE MYCIE Z BEZKOMPROMISOWĄ DEZYNFEKCJĄ

Sekusept aktiv łączy aktywne mycie i bezkompromisową dezynfekcję z doskonałą kompatybilnością materiałową, zapewniając korzyści dla użytkownika, pacjenta i instrumentarium medycznego.

Sekusept aktiv także:

- Zapewnia szybką, wirusobójczą dezynfekcję końcową
- Aktywnie usuwa plamy białkowe
- Nie wiąże białek



Sekusept™ aktiv

Rozwiązanie na bazie kwasu nadoctowego łączące aktywne mycie z bezkompromisową dezynfekcją

MYCIE

Sekusept aktiv został opracowany w celu osiągnięcia najlepszych możliwych efektów mycia i dezynfekcji. Jego doskonałe właściwości zostały potwierdzone przez zewnętrzne, niezależne instytuty higieny.

DEZYNFEKCJA

Sekusept aktiv, oparty na innowacyjnej formule na bazie aktywnego tlenu oraz kwasu nadoctowego, działa bójczo wobec bakterii, prątków, grzybów, wirusów i spor. Wysoka skuteczność preparatu osiągana jest przy krótkich czasach działania.

WYGODNY










Dzięki swym właściwościom myjąco-dezynfekcyjnym i szerokiemu spektrum skuteczności bójczej Sekusept aktiv może być stosowany na wszystkich etapach manualnego przygotowania narzędzi, a zatwierdzona kompatybilność materiałowa produktu zapewnia długi cykl życia reprocessowanych narzędzi.



SYSTEM PEROXYBALANCE®

Lata rozwoju i pracy nad formułą pozwoliły zagwarantować, że preparaty dezynfekcyjne oparte na systemie PerOxyBalance o neutralnym pH są bezpieczne dla pacjenta, personelu i samego endoskopu czy narzędzi.

Preparat nie jest przeznaczony do narzędzi wykonanych z miedzi i mosiądzu, ani do mechanicznie uszkodzonych narzędzi chromowanych i niklowanych.

TABELA DOZOWANIA

ILOŚĆ ROZTWORU	STĘŻENIE ROZTWORU	
	1%	2%
2 l	30 ml = 1 x 	60 ml = 2 x 
4 l	60 ml = 2 x 	120 ml = 4 x 
8 l	120 ml = 4 x 	240 ml = 8 x 
10 l	150 ml = 1 x 	300 ml = 2 x 
20 l	300 ml = 2 x 	600 ml = 4 x 
30 l	450 ml = 3 x 	900 ml = 6 x 

100 g proszku = 150 ml  1 miarka/łyżka = 20g proszku = 30 ml  1 miarka/kubek = 100g proszku = 150ml

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

SPEKTRUM DZIAŁANIA	STĘŻENIE %	CZAS DZIAŁANIA
Dezynfekcja narzędzi wg VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej) (bakteriobójczy i drożdżakobójczy), warunki czyste i brudne	2,0	5 min
	1,0	60 min
Działanie bakteriobójcze EN 13727 i EN 14561, warunki brudne	2,0	5 min
	1,0	60 min
Działanie drożdżakobójcze EN 13624 i EN 14562, warunki brudne	2,0	5 min
	1,0	60 min
Działanie grzybobójcze EN 13624 i EN 14562, warunki brudne	4,0	15 min
	3,0	30 min
Działanie prątkobójcze EN 14348 i EN 14563, warunki brudne	2,0	15 min
	1,0	60 min
Działanie bójcze wobec prątków gruźlicy EN 14348 i EN 14563, warunki brudne	2,0	15 min
	1,0	60 min
Działanie wirusobójcze EN 14476 i EN 17111, warunki brudne	2,0	15 min
	1,0	30 min
Działanie sporobójcze zgodnie z EN 17126, warunki brudne	2,0	15 min
Bójczy wobec Clostridium difficile zgodnie z EN 17126, warunki brudne	1,0	15 min

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

PRODUKT	ILOŚĆ	KOD PRODUKTU
Sekusept aktiv	4 x 1,5 kg wiadro	3050490
Sekusept aktiv	6 kg wiadro	3050580
Paski testowe	4 x 50 szt.	3007370

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Do manualnego mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, również do dezynfekcji końcowej. Szczególnie przydatny do przygotowywania termolabilnych wyrobów medycznych (np. endoskopy giętkie, sprzęt anestezjologiczny), które nie mogą być stosowane w autoklawie.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Do przygotowania roztworu odmierzyć przy pomocy załączonej miarki (łyżki/kubka) odpowiednią ilość proszku. Oczekiwać ilość preparatu wylać do wody, kilkakrotnie zamieszać, stosować po upływie 15 minut. Narzędzia zanurzyć całkowicie w roztworze Sekusept aktiv.

Myc narzędzia medyczne zgodnie z instrukcją załączoną przez producenta sprzętu, jeżeli mycie tego wymaga usunąć pozostałe zanieczyszczenia mechanicznie (np. przy użyciu szczoteczki, poprzez przecieranie), aż do wizualnej czystości. Po zakończeniu procesu dezynfekcji narzędzia wyjąć, dokładnie wypłukać w wodzie o jakości co najmniej wody pitnej. Wysuszyć zewnętrzne powierzchnie i wewnętrzne kanały (np. endoskopowe). Jeżeli jest wymagana dezynfekcja końcowa, należy przygotować nowy roztwór preparatu.

Roztwór preparatu należy przygotowywać codziennie. W przypadku widocznego zanieczyszczenia roztworu, należy wymienić go na nowy.

NIEWIELKA ZMIANA ZABARWIENIA PREPARATU NIE MA WPLYWU NA JEGO JAKOŚĆ.

SKŁAD

Nadwęglan sodu, tenzydy niejonowe, fosfoniany. Zawartość substancji aktywnej w 2% roztworze użytkowym: >1000 ppm kwasu nadoctowego.

PRZECHOWYWANIE

Niebezpieczeństwo – należy przestrzegać środków ostrożności (sporządzonych na podstawie obowiązujących przepisów UE w zakresie klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych).

Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C.

DOKUMENTACJA


Wyrob medyczny. Dokumentacja produktu Sekusept aktiv dostępna na życzenie.

WYROBY MEDYCZNE UŻYWAJ BEZPIECZNIE

Należy zapoznać się z informacją umieszczoną na etykiecie produktu.



WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO.

 **ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH**
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

Dystrybutor:
ECOLAB SP. Z O.O.
ul. Opolska 114
31-323 Kraków
Polska

ECOLAB®

www.ecolab.pl